

СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ХІТОЗАНОВИХ МЕМБРАН В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ рН

Бабич І., Калінкевич О.В. , Погорелов М.В.*

СумДУ, кафедра гігієнічного екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології

**Інститут прикладної фізики НАН України*

Основною задачею лікування ран є підтримка фізіологічного зваження, що означає зменшення кількості ексудату на поверхні ран на першій фазі загоєння ран та підтримка оптимальної вологості в процесах утворення грануляцій та епітелізації. Через наявність надмірного ексудату у фазі запалення відбувається значна втрата вологої поверхні а також зростає ризик інфікування ран. При цьому хронічні або довго не заживаючі рані характеризуються пролонгацією фази запалення і, зменшення ексудату в цьому випадку, може прискорити перехід у фазу розвитку грануляцій. Крім того, трофічні виразки характеризуються значною втратою рідини через наявність патології венозних та лімфатичних судин, що також обумовлює необхідність зменшення кількості рідини в рані. На даний час є доведеним, що вологе ведення ран пов'язане з прискоренням видужання, покращанням косметичного ефекту, зменшенням інфекції та бальового синдрому а також зниженням вартості лікування. Для забезпечення контролю рівня рідини в рані використовуються різноманітні повязки та покриття, які забезпечують сорбцію надмірного ексудату у фазу запалення та зваження поверхні рані при її епітелізації.

Метою нашого дослідження стало вивчення сорбційної здатності мембрани на основі хітозану *in-vitro* в залежності від рН розчину.

В дослідженні використовували мембрани, які були виготовлені з хітозану низької молекулярної маси (200кДа) виробництва «Біопрогрес» (Росія, Щелково). Матеріали були поділені на 2 групи в залежності від відсоткового вмісту хітозану в первинному розчині (2% та 3%). Отримані матеріали обробляли лугами або фосфатним буфером для зменшення швидкості деградації у водному середовищі. Вивчення сорбційної здатності мембрани проводилось шляхом зважування дисків діаметром 10 мм та вагою 100 мг, що перебували у фізіологічному розчині з рН 5,0 та 7,0 протягом 4 годин.

Мембрани з 2% вмістом хітозану показали більшу сорбційну спроможність у порівнянні з матеріалами, що виготовлені на основі 3% хітозану. У нейтральному фізіологічному розчині сорбційна здатність 2% хітозанової мембрани склала 163,33% в той час як для матеріалу з 3% вмістом хітозану - лише 85%. При цьому, зменшення рН до 5,0 призводить до зростання сорбційної здатності матеріалів майже вдвічі – до 284,12% та 142,13% відповідно, що можливо пов'язане з розривом зв'язків всередині мембрани та зростанням здатності до набухання.

Таким чином, зменшення рН розчину призводить до значного зростання сорбційної здатності матеріалів на основі хітозану, що має важливе значення при лікуванні інфікованих ран.